

Instrucciones para el Cuidado de la Bomba de Baclofeno

Intratecal

Intrathecal Baclofen Discharge Information - Spanish

Modelo de la bomba: _____

Tamaño del reservorio: _____

Dosis actual de ITB: _____ mcg/día

Fecha de alarma por reservorio bajo: _____

Fecha en que la bomba debe ser rellenada: _____

Debe programar una cita de seguimiento con un enfermero practicante en la clínica un mes después de salir del hospital.

Es importante asistir a todas sus citas programadas para evitar quedarse sin baclofeno en la bomba. Si la bomba se queda sin medicamento, experimentará abstinencia de baclofeno. Si necesita reprogramar una cita, llame al 651-229-3820.

¿Cuándo debo llamar a Gillette?

Llame a Telehealth Nursing al 651-229-3890 si:

- Hay drenaje en las incisiones
- Las incisiones se ponen firmes y rojas
- Se desarrolla fiebre
- Alguna incisión comienza a abrirse
- Aparece hormigueo o picazón
- Hay un aumento en el dolor o en el tono (espasticidad)
- Se nota un cambio en el estado mental
- Hay aumento de hinchazón o líquido cerca de las incisiones

¿Debo informar a los proveedores de atención médica?

Sí, informe a su proveedor de atención primaria que se le ha implantado una bomba. Esta información puede ser importante cuando el proveedor ordene pruebas.

Antes del alta, recibirá una tarjeta de registro temporal. Llévela consigo en todo momento. Medtronic le enviará pronto una tarjeta de registro permanente.

Obtenga una pulsera de identificación que indique que tiene una bomba de baclofeno intratecal. En una emergencia, otros cuidadores deben saberlo. Grabado sugerido: ITB pump — Llame a Medtronic: 1-800-328-0810.

¿Cuáles son los dos tipos de alarmas que pueden sonar?

El personal de enfermería le ha mostrado las alarmas no críticas y críticas.

La alarma no crítica sonará cuando:

- Se alcance el volumen bajo del reservorio
- Se alcance la fecha estimada de reemplazo
- Ocurra un error de memoria no crítico (datos que no son críticos)

La alarma crítica sonará por:

- Reservorio vacío
- Fin de servicio (batería baja)
- Fallo del motor, bomba detenida por más de 48 horas
- Error de memoria crítico

Si suena cualquier alarma, llame a Telehealth Nursing al 651-229-3890.

Esta información es solo con fines educativos. No pretende reemplazar el consejo de sus proveedores de atención médica. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.

Si usted es paciente de Gillette y tiene preguntas o inquietudes urgentes, comuníquese con Telehealth Nursing al 651-229-3890.